



Note:

a) red hatched area must remain free to avoid collision with spring contacts and lateral guide rails

b) maximum height for construction is up to 5 millimetres

All dimensions in millimetres

| 1 | 1 | Stk | omicron standard sample plate | | | | | |
|------------------------|-------|---------|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| Pos. | Menge | Einheit | Sachnummer | | Benennung / Merkmale | | | |
| Aend. | a | | Aend. | d | Gezeichnet | 18.02.2015 | AP63 | Masst. |
| | b | | | e | Gepueft | | | |
| | c | | | f | Archiviert | | | |
| Anlage | | | SLS X03DA PEARL | | Ersetzt durch | | | Blatt Nr. |
| Baugruppe | | | sample handling | | Ersatz fuer | | | |
| | | | | | Stueckl. Nr. | | | |
| | | | | | Zusammenst.Nr. | | | |
| PAUL SCHERRER INSTITUT | | | Titel | | maximal size of sample construction | | Zeichnungs-Nr. | |

Nicht öffentliches Dokument des Paul Scherrer Instituts, CH 5232 Villigen PSI. Unbefugte Vervielfältigung und Reproduktion ist untersagt. Not for public use document of Paul Scherrer Institut, CH 5232 Villigen PSI. Unauthorized use and reproduction is prohibited.